

Hjälpmedelscentrum utbildar

Barnhjälpmedel



Våren 2025

Hjälpmedelskonsulenter

Maria Hjort
021-175627
maria.hjort@regionvastmanland.se

Susanne Samuelsson
021-174986
susanne.samuelsson@regionvastmanland.se

Tekniker

Ann-Christine Andersson
021-173048
ann-christine.andersson@regionvastmanland.se

Thomas Lundqvist
021-173048
thomas.lundqvist@regionvastmanland.se

Leif Söderberg
021-173048
leif.soderberg@regionvastmanland.se

Innehåll

Innan förskrivning av hjälpmedel till barn ska följande beaktas.....	4
Ur Hjälpmedelshandboken i avsnittet:.....	4
Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel /Hjälpmedel som kan förskrivas/Hjälpmedelssortiment	4
Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Hjälpmedel som kan förskrivas/Hjälpmedelscentrum sortiment	4
Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Förskrivningsprocessen/Bedöma behov av insatser – identifiera hälsotillstånd	4
Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Förskrivningsprocessen/Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt	4
Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Hjälpmedel till barn/ungdomar ..	5
Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/ Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Dubbelförskrivning	5
Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/ Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Hjälpmedel för fritid	5
Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/ Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Hjälpmedel vid resor utomlands	5
Gemensamma bestämmelser/Patientens ansvar	6
Kostnadsansvar för hjälpmedel/Personligt förskrivna hjälpmedel/Artikelansvar (tidigare nivåindelning):.....	6
Priser för däck och slang	6
Hjälpmedel/Hjälpmedelscentrum/Blanketter som skickas in via Visma webSesam.....	6
Hjälpmedel/Hjälpmedelscentrum/Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst	7
Produktområde 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling	8
Tränings- och ergometercyklar	8
Hjälpmedel för gångträning	9
Arm-, bål- och benträningsredskap	9
Produktområde 09- Hjälpmedel för personlig vård	11
Huvudskydd	11
Hygienstolar med hjul	12
Toalettarmstöd	14
Bad- och duschstolar	14
Produktområde 12- Hjälpmedel för förflyttning	16
Trehjuliga cyklar med fotpedal	16
Tilläggsutrustning cykel/stödhjul	17
Komfortrullstolar 16t med vårdarbroms och tiltfunktion	18
www.hdrehab.se	19
Ny, ej inlagd i Sesam ännu.....	19
S- HD Motion sb 30 (28-32), sd 33,5-49	19
S- HD Motion sb 34 (32-36), sd 33,5-49	19
Komfortrullstolar 22-24t med vårdarbroms och tiltfunktion.....	19
Ny, ej inlagd i Sesam ännu.....	20
S- HD Motion sb 30 (28-32), sd 33,5-49	20
Aktiv rullstolar	20
Manuella rullstolar Allround Avancerad.....	21

Manuell rullstol Transport.....	22
Tillbehör till rullstol	22
Vårdarstyrda drivaggregat.....	22
Avancerad sittvagn.....	23
Enkel sittvagn.....	24
Produktområde 18- Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler.....	25
Pallar och ståstolar	25
Speciella sittmöbler.....	25
Modulära sittsystem	25
Sängar	28

Innan förskrivning av hjälpmedel till barn ska följande beaktas

Ur Hjälpmedelshandboken i avsnittet:

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel /Hjälpmedel som kan förskrivas/Hjälpmedelssortiment

Hjälpmedelsenheter upphandlar hjälpmedel enligt lagen om offentlig upphandling. I Västmanland gör Region Västmanland och länets kommuner gemensam upphandling av hjälpmedel där de båda har ett ansvar. De upphandlade hjälpmedlen är det sortiment som förskrivaren kan erbjuda patienten vid förskrivning av hjälpmedel. Om dessa inte tillgodoser patientens behov finns möjlighet att göra en ansökan om hjälpmedel utanför sortimentet.

Vid upphandlingen ställs krav som till exempel att produkten ska vara en CE-märkt medicinteknisk produkt. Produkten ska motsvara specificerade funktioner och uppfylla säkerhets- och teknikkraV. Vid upphandling tas också hänsyn till hjälpmedlets livscykelkostnad som påverkas av inköpskostnad, behov av service med mera.

Inom Hjälpmedelscentrum ansvarsområde presenteras förändringar i sortimentet efter genomförd upphandling i Hjälpmedelsrådet och i Hjälpmedelscentrum informationsbrev, HMC-info. De senaste numren av HMC-info finns på Hjälpmedelscentrum webbplats.

Produkter som finns att köpa i öppna handeln så kallade konsumentprodukter och produkter som vanligen ingår i hemmiljön "var mans produkt" är egenansvar och får därför köpas av den enskilde. Det finns dock några undantag, till exempel GPS-larm och surfplattor för kommunikation.

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Hjälpmedel som kan förskrivas/Hjälpmedelscentrum sortiment

Inom Hjälpmedelscentrum finns:

- grundsortiment inklusive designtillbehör
- specialsortiment
- produkt utanför beslutat sortiment

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Förskrivningsprocessen/Bedöma behov av insatser – identifiera hälsotillstånd

- Identifiera hälsotillstånd
- Utgå från det behov av stöd (hjälpmedel) som patienten har
- Relatera behoven till andra planerade eller vidtagna åtgärder
- Ta reda på lokala förutsättningar – hjälpmedelshandboken
- Dokumentera åtgärderna och målet med hjälpmedlet i en plan eller i patientjournalen. Förskrivare och patient ska vara överens om målet med hjälpmedlet.
- Välja alternativ väg till hjälpmedel

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Förskrivningsprocessen/Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt

Efter behovsbedömning ska förskrivaren prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel. Förskrivaren ska informera om de hjälpmedel som finns och erbjuda patienten möjlighet att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga. I valet av produkt ska patienten så långt som det är möjligt vara delaktig. Att patienten ska fungera i sin miljö och livssituation ska vara avgörande.

Den genomförda behovsbedömningen och lokala förutsättningar är grunden för val av hjälpmedel. Hänsyn ska även tas till lager- och bassortiment inom regionen. Det är viktigt att förskrivaren vid val av lämplig specifik produkt även analyserar de eventuella risker som finns i samband med användandet av hjälpmedlet och informerar om dessa.

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Hjälpmedel till barn/ungdomar

Personer räknas som barn/ungdom till och med dagen innan de fyller 20 år. Det är viktigt att ta hänsyn till att barn/ungdomar har speciella behov i jämförelse med vuxna. Utifrån barnets behov, ska det så långt det är möjligt, ges förutsättningar till utveckling i vardagen.

Dubbelförskrivning är möjligt för barn/ungdomar där det bedöms realistiskt att regelbundet transportera skrymmande hjälpmedel mellan till exempel hem och förskola, skola eller stödfamilj.

Produkter som ett barn/ungdom normalt behöver är ett egenansvar. Det gäller till exempel gunga, cykelkärra, pulka och andra fritids- eller idrottshjälpmedel. Regionen kan i vissa fall stå för anpassning av egenköpt produkt. En förutsättning är att tekniker bedömt att det är möjligt. Återställning efter anpassning bekostas inte av regionen.

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/ Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Dubbelförskrivning

Dubbelförskrivning innebär att en patient har behov av två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde. Grundprincipen är att en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskrivas men dubbelförskrivning kan förekomma. Trippelutrustning är ett egenansvar.

Dubbelförskrivning kan vara aktuellt till barn (under 20 år) för speciell teknisk utrustning, för stora och tunga hjälpmedel där det inte är möjligt att regelbundet transportera dessa mellan till exempel hemmet och skola.

Det finns specifika regler om dubbelförskrivning för olika produktområden. Dessa finns beskrivna under respektive produktområde.

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/ Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Hjälpmedel för fritid

Hjälpmedel för sport, motion och hobbyverksamhet eller till fritidsboendet är egenansvar vilket innebär att personen själv bekostar dessa.

För barn och ungdomar är det viktigt att ta hänsyn till att de har speciella behov i jämförelse med vuxna. Utifrån barnet eller ungdomens behov ska det om möjligt, ges förutsättningar till utveckling gällande lek och andra aktiviteter.

Personer räknas som barn/ungdom till och med dagen innan de fyller 20 år.

Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/ Vem kan få hjälpmedel förskrivet/Hjälpmedel vid resor utomlands

Om en patient ska göra resor eller vistas utomlands bör de ha en reseförsäkring. Om ett hjälpmedel skadats vid transport, till exempel vid flygresa eller färdtjänst ska patienten göra en anmälan till transportbolaget. Transportskada ersätts via reseförsäkring och inte av Region Västmanland.

Gemensamma bestämmelser/Patientens ansvar

Hjälpmedel som förskrivs är lån från Region Västmanland och ska återlämnas till Hjälpmedelscentrum, Synenheten, Hörselenheten, vårdcentralen, sjukhuset eller kommunens rehabiliteringsenhet när de inte längre används. Undantag gäller förbrukningsartiklar.

Patienten ska förvara hjälpmedlen så att de inte tar skada eller används av andra. Patienten ansvarar själv för normalt underhåll av hjälpmedlet och följer de anvisningar som framgår av leverantörens bruksanvisning. Till normalt underhåll hör till exempel rengöring, smörjning och pumpning av däck.

Kostnadsansvar för hjälpmedel/Personligt förskrivna hjälpmedel/Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

- **Ansvar 1** – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
- **Ansvar 2** – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
- **Ansvar 3** – Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.
- **Ansvar 4** – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Artikel med * = försäljning, förskrivs i Visma webSesam

Artikel med** = försäljning, beställs i Visma webSesam

Priser för däck och slang

Kostnaden för byte av däck och slang för drivhjul till alla rullstolar (manuella och elrullstolar) och sittvagn/sulky ingår numera i hyran. Ingen egenavgift tas ut från patienten.

Om tekniker från HMC byter däck och/eller slang vid ett hembesök debiteras patienten en serviceavgift på 200 kr.

Hjälpmedel/Hjälpmedelscentrum/Blanketter som skickas in via Visma webSesam

Produkt utanför beslutat sortiment

Underlag för utprovningar

Specialanpassning

Hjälpmedel/Hjälpmedelscentrum/Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums
uppladdningstjänst

Förskrivning av hjälpmedel, när inte förskrivning kan ske i Visma webSesam

Beställning av hjälpmedel

Överskrivning av hjälpmedel

Uppföljning/utvärdering av hjälpmedel

Produkter

Produktområde 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

Tränings och ergometercyklar

Kriterier: Elektrisk Manuped/bentränare kan förskrivas till patienter som saknar självständig gångförmåga för att kunna genomföra kontinuerlig cirkulationsbehandling i hemmet för att till exempel motverka ödem. Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan. Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Tränings- och ergometercyklar

ISO-kod 044803

www.primed.se

S-34850 Motomed Viva 2 Ben + Arm (utgående artikel)

S-43063 Motomed Loop Ben + Arm



Manuell arm-/bentränare kan förskrivas till patient med nedsatt gångförmåga och grav led-, muskel-, eller neurologisk sjukdom, som kan bibehålla rörlighet och cirkulation med daglig träning. Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan. Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

S-32982 Manuped



Hjälpmedel för gångträning

ISO-kod 044807

Barr

Kriterier: Behov av Sjukgymnast/Fysioterapeutisk behandling där träningen skall vara intensiv/regelbunden. Max en barr/person.

www.maydayaid.se

OBS! Ej klassad som medicinteknisk produkt.

S-10461 Barr fristående liten diam 25mm

Handtagsrör Ø 25mm , höjd 36-50cm, bredd 38-50cm, längd 2m

S-10462 Barr fristående stor diam 32mm

Handtagsrör Ø 32mm , höjd 50-82cm, bredd 60-73cm, längd 2,66m



www.medema.se

S-10533 Barr 3,5 meter

Höjd 60-95 cm

Bredd max 60 cm



Arm-, bål- och ben träningsredskap

ISO-kod 044815

Kriterier: Kan förskrivas till patient med grav led-, muskel-, eller neurologisk sjukdom, som kan bibehålla rörlighet och cirkulation med daglig träning.

- Hjälpmedlet ska vara en del av en sjukgymnastisk/fysioterapeutisk behandlingsplan.
- Förskrivare ska ha utrett om det finns plats för hjälpmedlet i hemmet samt informerat patienten om hjälpmedlets storlek.
- Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Studsmatta

Kriterier: Studsmatta kan förskrivas till barn med cystisk fibros i samråd med hjälpmedelskonsulent

OBS! Ej klassad som medicinteknisk produkt!

S-458 19 Studsmatta B-strong D121 H30cm max 120kg



Bobathboll förskrivningsbar i Visma webSesam

www.medema.se

S-04689 Boll Bobath 45cm Medema*

S-00020 Boll Bobath 55cm Medema*

S-00021 Boll Bobath 65cm Medema*

S-11603 Boll Bobath 75cm Medema*

S-00022 Boll Bobath 95cm Medema*



Jätteboll

www.varsam.se

- S-32321 Boll Jätte 55cm Varsam *
- S-33056 Boll Jätte 65cm Varsam *
- S-32977 Boll Jätte 75cm Varsam *
- S-17906 Boll Jätte 85cm Varsam *
- S-14756 Boll Jätte 95cm Varsam *
- S-14394 Boll Jätte 120cm Varsam *



Boll dubbel

S-12229 Boll dubbel diam 65 cm blå * www.tress.com

S-35814 Boll dubbel diam 85cm röd * www.varsam.se



Bobathrulle

www.medema.se

Längd 1 meter

- S-02259 Bobathrulle 20x100cm *
- S-02260 Bobathrulle 30x100cm *
- S-02261 Bobathrulle 40x100cm *
- S-02262 Bobathrulle 50x100cm *




Gymnastikmatta

www.medema.se

Måtten i produktnamn anger B x L x H, förskrivningsbar
I Visma webSesam

- S-09400 Gymn-matta Airex Atlas 125 x 200 x 1,5cm*
- S-02252 Gymn-matta Corona 100 x 184 x 1,5cm*
- S-11602 Gymn-matta Coronella 60 x 185 x 1,5cm*



Kilkudde

Måtten i produktnamn anger L x B x H, förskrivningsbar
i Visma webSesam

- S-34360 Kilkudde 28 x 20 x 10cm* www.medema.se
- S-10693 Kilkudde 50 x 50 x 20cm* www.tress.com
- S-34121 Kilkudde 90 x 60 x 32cm* www.medema.se
- S-36179 Kilkudde 40 x 40 x 5cm* www.bimaplastteknik.se



U-kudde

www.bimaplastteknik.se

Måtten i produktnamn anger L x B x SH, förskrivningsbar
i Visma webSesam

- S-13217 Minigung gul 70 x 24 x 20cm
- S-03151 Lillgung röd 82 x 25 x 25cm
- S-03152 Storgung blå 92 x 28 x 30cm



Produktområde 09- Hjälpmedel för personlig vård

Från 2024-06-04 gäller nytt avtal för huvudskydd

Huvudskydd

Alla hjälmar är försäljningshjälpmedel. Två hjälmar kan förskrivas.

Huvudskydd

ISO-kod 090603

Vid frågor kontakta konsulent förflyttning, och för att se hela sortimentet var god se förskrivarmaterial Gång- och skyddshjälpmedel.

Hjälm hårt skal förskrivningsbar i webSesam

www.heamedical.se

Hjälmen kan användas av personer som:

- Med osäker gång, som faller lätt; de med epilepsi
- Som är självdestruktiva
- Som skallopererats

Om patientens huvudomfång ligger mellan 2 storlekar så välj den större modellen och fyll ut med anpassningsdynor.

S-16898 Stl XS 50 cm

S-16899 Stl S 53 cm

S-16900 Stl M 56 cm

S-16901 Stl L 58 cm

S-16902 Stl XL 64 cm



Mjuk hjälm Ribcap förskrivningsbar i webSesam

www.salubrious.se

Ribcup skyddar huvudet mot lätta slag, skrubbsår och kyla.

Alla har självutlösande spänne.

S-41557 Stl Midi/Maxi inre omkrets 50-55 cm

S-41288 Stl S-M inre omkrets 53-58 cm

S-41305 Stl L-XL inre omkrets 59-65



Skyddsmössa Ribcap antracit

www.salubrious.se

S-41580 Stl Mini Kids inre omkrets 47-49 cm

S-41579 Stl Midi Kids inre omkrets 50-52 cm

S-41562 Stl Maxi Kids inre omkrets 53-55 cm

S-41564 Stl S inre omkrets 53-55 cm

S-41563 Stl M inre omkrets 53-55 cm

S-41561 Stl L inre omkrets 59-61 cm

S-41565 Stl XL inre omkrets 62-65 cm



Från 2024-05-01 gäller nytt avtal på hygien-/toalettstolar med hjul

I första hand kommer vi använda de produkter som vi har på lager och det är patientens behov som styr valet.

Hygienstolar med hjul

ISO-kod 091203

Flamingo

www.etac.se

S-13519 stl 1 sb 24, sd 25

S-18466 stl 2 sb 28, sd 29

S-13520 stl 3 sb 32, sd 35

S-36337 stl 4 sb 34, sd 40



Flamingo High-low

www.etac.se

S-40856 stl 1 sb 24, sd 25

S-42522 stl 2 sb 28, sd 29

S- stl 3 sb 32, sd 35

S-38694 stl 4 sb 34, sd 40

Swan Curo förskrivningsbar i Visma webSesam

www.etac.se

S-43934 stl 1 sb 22, sd 26,5

S-43935 stl 2 sb 26, sd 31

S-43936 stl 3 sb 32, sd 40

S-43937 stl 4 sb 41, sd 45



Svan förskrivningsbar i Visma webSesam

www.etac.se

Utgått leverantör

S-05489 stl 2 sb 20, sd 27

S-05490 stl 3 sb 23, sd 32,5

S-05251 stl 4 sb 25, sd 32,5

S-05491 stl 5 sb 30, sd 38

S-05492 stl 6 sb 34, sd 46

S-05493 stl 7 sb 41, sd 46



Heron High-low

www.etac.se

S-37385 sb 35-49, sd 45



Tripp förskrivningsbar i Visma webSesam

Ej på avtal

www.etac.se

Ej på avtal

S-00480 sb 38, sd 38



Starfish Pro

www.anatomicsitt.se

S-44451 Hygienstol Starfish Pro stl 1 hydraulisk

S-41250 Hygienstol Starfish Pro stl 2 manuell

S-42289 Hygienstol Starfish Pro stl 2 hydraulisk

S-41522 Hygienstol Starfish Pro stl 3 hydraulisk

S-42736 Hygienstol Starfish Pro stl 3 manuell



HTS

www.schuchmann.se

HTS hygienstol stl 1,2 och 3



Swing

www.schuchmann.se

Swing stl 0-4



Raz CAT Compact

www.wolturnus.dk/se



Toalettsitsar

ISO-kod 091209

www.swereco.se

S-15786 Mjuksits Reko** beställs i Visma webSesam

Utgått leverantör

S-13695 Toalettsits för barn med urtag

Förskrivningsbar i Visma webSesam



Toalettarmstöd

091224

Svan Balance

www.svancare.se

Utprovning/förskrivning i samråd med hjälpmedelskonsulent. Maxbelastning 60 kg på fotpall.

S-44519 modell 1

S-43376 modell 2

S-15474 modell 3

S-39508 modell 4

S-14678 modell 5

S-41666 modell 6

S-37741 modell 7

S- modell 8

S-36272 modell 9

S-42673 modell 10



Support

www.etac.se

S-00977 fast** beställas i Visma webSesam

S-06058 ställbar* förskrivningsbar i Visma webSesam



Bad- och duschstolar

ISO-kod 093303

Duschpall förskrivningsbar i Visma webSesam

www.swereco.se

S-15218 Duschpall Reko barn*, ställbar 35-45 cm

Tillbehör

S-15219 Ryggstöd duschpall Reko barn*



S-41044 Duschstol Kulan låg*, ställbar 35-45 cm



Duschpall förskrivningsbar i Visma webSesam
Ej på avtal

www.etac.se

S-32559 Egde 3-kantig låg*, ställbar 34,5-42 cm



Manatee förskrivningsbar i Visma webSesam
Ej på avtal

www.etac.se

S-15919 stl 0 sb 33, sd 22-25

S-14971 stl 1 sb 33, sd 30-37

S-15636 stl 2 sb 33, sd 39-46



Duschbord

ISO-kod 093312

Ej på avtal

Kriterier: Duschbord kan förskrivas till barn som inte kan sitta vid duschning/omvårdnad i hemmet.
Montering av duschbord måste beställas.

Maxbelastning 100 kg. Kompletteras med ben till
badkar eller till golv.

www.swereco.se

S-06399 Duschbord 140 cm exkl ben

S-03622 Duschbord 157 cm exkl ben

Tillbehör

S-03198 Stödben mot golv

S-14078 Stödben mot badkar



Produktområde 12- Hjälpmedel för förflyttning

Trehjuliga cyklar med fotpedal

ISO-kod 121806

Kriterier: Cykel är ett förflyttningshjälpmedel som kan förskrivas fram tills barnet/ungdomen fyller 20 år. Max en cykel/storlek kan förskrivas och endast en cykel med egenavgift kan förskrivas/patient. Till grund för förskrivning ligger alltid en sjukgymnastisk/fysioterapeutisk bedömning och tydliga mål gällande förflyttning. Barnets första cykel provas alltid ut tillsammans med Hjälpmedelskonsulent.

Låneavgift 1000 kr/cykel i storlekar 12t – 20t

Egenavgift 5000 kr för cykel i storlek 20t – 24t

Skeppshultcykel 16t-20t

www.skeppshult.se

S-18174 Cykel 3-hjul 16t mini fast nav gul

S-39694 Cykel 3-hjul 16t mini fast nav gul 2018

S-33709 Cykel 3-hjul 16t mini 0-vxl gul

S-39690 Cykel 3-hjul 16t mini 0-vxl gul 2018

S-18419 Cykel 3-hjul 16t mini 3-vxl gul

S-39692 Cykel 3-hjul 16t mini 3-vxl gul 2018

S-18418 Cykel 3-hjul 16t std fast nav gul

S-39693 Cykel 3-hjul 16t std fast nav gul 2018

S-12753 Cykel 3-hjul 16t std 0-vxl gul

S-39689 Cykel 3-hjul 16t std 0-vxl gul 2018

S-12756 Cykel 3-hjul 16t std 3-vxl gul

S-39691 Cykel 3-hjul 16t std 3-vxl gul 2018

S-33317 Cykel 3-hjul 20t fast nav röd 2011

S-39698 Cykel 3-hjul 20t fast nav röd 2018

S-33316 Cykel 3-hjul 20t 3-vxl röd 2004

S-39712 Cykel 3-hjul 20t 3-vxl röd 2018



Skeppshultcykel 24t

www.skeppshult.se

S-16267 24t 3-hjul S3 3-vxl grå*

S-16268 24t 3-hjul S3 3-vxl blå*

S-16269 24t 3-hjul S3 3-vxl röd*



Modell med 2 hjul fram

Förskrivning/utprovning i samråd med hjälpmedelskonsulent

Monarkcykel

www.monark.se

OBS! Ej klassad som medicinteknisk produkt.

S-17213 20t 2 hjul fram vinröd*



Tandem- och specialcyklar

ISO-kod 121815

Förskrivning/utprovning i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Parcyklar, rullstolscyklar och trehjuliga tandemcyklar kan inte förskrivas.

Låneavgift 1000kr för 24t

Egenavgift 5000 kr för 26t, endast en cykel med egenavgift kan förskrivas/patient.

Tandem barnanpassad

www.trident.se

S-14480 Cykel Copilot 24t tandem till/frånpkoppling



Tandem standard

www.trident.se

S-42243 Cykel Copilot 26t tandem till/frånpkoppling*



Tilläggsutrustning cykel/stödhjul

ISO-kod 121821

Kriterier: Stödhjul till egen cykel kan förskrivas till barn och ungdomar under 20 år som inte kan cykla på tvåhjulig cykel med stödhjul som går att köpa i öppna handeln.

Stödhjul kräver en specialanpassning och en riskanalys av förskrivaren samt att HMC-tekniker bedömer om cykeln är lämplig att montera stödhjul på. Provas ut på HMC tillsammans med konsulent.

Stödhjul

www.hacorollen.se

S-33856 Stödhjul 16t-20t 150 mm*

S-34773 Stödhjul 16t-22t 200 mm*

S-34863 Stödhjul 22t-26t 300 mm*



Komfortrollstolar 16t med vårdarbroms och tiltfunktion

ISO-kod 122203

Från 2024-12-01 gäller nytt avtal på komfortrollstolar

I första hand kommer vi använda de produkter som vi har på lager och det är patientens behov som styr valet.

www.invacare.se

Ej på avtal

S-34070 Azalea Minor sb 34-39, sd 38-45



www.etac.se

S-36571 Kudu stl 1 sb 26, sd 22-32

S-37240 Kudu stl 2 sb 30, sd 27-37

S-38079 Kudu stl 3 sb 34, sd 31-41

S-38080 Kudu stl 4 sb 38, sd 35-45



www.lbmedical.se

Ny, alla storlekar ej inlagda i Sesam ännu

S- Netti S sb 25

S-42360 Netti S 16t sb 30

S-42362 Netti S 16t sb 35

S- Netti S sb 40



S- 45885 Netti V 16t sb 35 (finns ej på bild med 16t hjul)

www.hdrehab.se

Ny, ej inlagd i Sesam ännu

S- HD Motion sb 30 (28-32), sd 33,5-49

S- HD Motion sb 34 (32-36), sd 33,5-49



Komfortullstolar 22-24t med vårdarbroms och tiltfunktion

www.invacare.se

Ej på avtal

S-34069 Azalea Minor sb 34-39, sd 38-45



www.etac.se

S-38081 Kudu stl 1 sb 26, sd 22-32

S-38082 Kudu stl 2 sb 30, sd 27-37

S-37583 Kudu stl 3 sb 34, sd 31-41

S-36811 Kudu stl 4 sb 38, sd 35-45



www.lbmedical.se

Ny, alla storlekar ej inlagda i Sesam ännu

S- Netti S sb 25

S-42361 Netti S sb 30

S-45885 Netti V sb 35

S- Netti V sb 40



www.hdrehab.se

Ny, ej inlagd i Sesam ännu

S- HD Motion sb 30 (28-32), sd 33,5-49

S- HD Motion sb 34 (32-36), sd 33,5-49



Från 2024-02-01 gäller ett nytt avtal på manuella tvåhjulsdrevna rullstolar

I första hand kommer vi använda de produkter som vi har på lager och det är patientens behov som styr valet.

Aktiv rullstolar

ISO-kod 122203

Rst Micro får endast användas inomhus eller utomhus på plan mark!

www.panthera.se

S-44225 Micro 3 sb 24, sd 15-20

S-44227 Micro 3 sb 24 lång, sd 20-25

S-44226 Micro 3 sb 27, sd 15-20

S-44228 Micro 3 sb 27 lång, sd 20-25



Utgått leverantör

S-11665 Micro sb 24, sd 15-20

S-12920 Micro sb 24 lång, sd 20-25

S-11666 Micro sb 27, sd 15-20

S-12921 Micro sb 27 lång, sd 20-25

S-42769 Rst Bambino 3 kort sb24

S-42766 Rst Bambino 3 sb27

S-42767 Rst Bambino 3 sb30

S-42768 Rst Bambino 3 sb33



Click on image to see more and larger images

Utgått leverantör

S-34008 Bambino sb 24, sd 18-25 abd.front

S-34000 Bambino sb 27, sd 23-30 abd.front

S-36663 Bambino sb 30, sd 23-30 abd.front

S-36879 Bambino sb 33, sd 23-30 abd.front

Utgått leverantör

S-32937 Bambino sb 24, sd 18-25

S-09248 Bambino sb 27, sd 23-30

S-09249 Bambino sb 30, sd 23-30

S-09250 Bambino sb 33, sd 23-30

www.panthera.se

Specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent

Ej förskrivningsbar i Visma webSesam

S-42055 Panthera S3 kort sb 27 abdfrent

S-42056 Panthera S3 kort sb 30 abdfrent

S-42057 Panthera S3 kort sb 33 abdfrent



S-37132 Panthera S3 kort sb 30

S-37133 Panthera S3 kort sb 33

S-37134 Panthera S3 kort sb 36

S-37161 Panthera S3 sb 33

S-37138 Panthera S3 sb 36

S-37143 Panthera U3 sb 33

S-37144 Panthera U3 sb 36

S-38016 Panthera Swing S3 kort sb 33

S-38017 Panthera Swing S3 kort sb 36

S-38001 Panthera Swing S3 sb 36



Från 2021-12-01 gäller ett nytt avtal på manuella tvåhjulsdrevna rullstolar

I första hand kommer vi använda de produkter som vi har på lager och det är patientens behov som styr valet.

Manuella rullstolar Allround Avancerad

ISO-kod 122203

Rst Cross förskrivningsbar i Visma webSesam.

www.etac.se

Ej på avtal

S-35414 Rst Cross 5 kort sb 35, sd 36-42

S-35416 Rst Cross 5 kort 37,5, sd 36-42

S-35437 Rst Cross 5 med vårdarbroms kort sb 35, sd 42-48

S-35439 Rst Cross 5 med vårdarbroms kort sb 37,5, sd 42-48

S-42813 Rst Cross 6 sb 35 standard

S-42814 Rst Cross 6 sb 37,5 standard

S-42827 Rst Cross 6 med vårdarbroms sb 35 standard

S-42828 Rst Cross 6 med vårdarbroms sb 37,5 standard



Manuell rullstol Transport

ISO-kod 122218

Rst Transit förskrivningsbar i Visma webSesam

www.etac.se

S-15927 Rst Transit III sb 35, sd 42

S-15531 Rst Transit III sb 40, sd 42

Tillbehör till rullstol

ISO-kod 122203

Påhängshjul

Påhängshjul kan förskrivas för att utomhus underlätta och öka framkomligheten på ojämnt underlag till patient som själv kör sin rullstol utomhus under hela året. Påhängshjul kan även förskrivas till barn för att underlätta självständighet i körandet och för att bidra till ökad delaktighet i aktiviteter. Måttet på fotplattans höjd avgör vilket påhängshjul som monteras.



Vårdarstyrda drivaggregat

ISO-kod 122409

Nya kriterier från 25-01-01

Vid frågor kontakta konsulent på manuella rullstolar.

Drivaggregat kan förskrivas när nedanstående kriterier är uppfyllda:

- Patientens gångförmåga utomhus är mycket nedsatt.
- Patientens förflytningsbehov i närmiljön kan inte tillgodoses med förskriven manuell rullstol.
- Patienten har ett kontinuerligt behov av förflyttning i närmiljön och rullstolen används regelbundet, minst 1-2 gånger per vecka året runt.
- Rullstolen är för tung att framföra på grund av att patienten har hög vikt, rullstol inklusive patient har hög vikt eller närmiljön är kuperad.
- Laddnings- och förvaringsplats enligt kriterier ska finnas, se nedan.

Förskrivaren ska göra behovsbedömning och kontroll utifrån kriterierna vid ett hembesök innan utprovning sker.

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas enligt kriterier nedan:

Utrymmet ska vara låst och obehöriga ska inte ha tillgång till hjälpmedlet. Följande alternativ är godkända:

- Utrymmet ska vara torrt och hålla minst +5°. Det innebär att altan, trapphus eller balkong inte är godkänd förvarings- eller laddningsutrymme.
- Enskilt utrymme (till exempel eget garage, förråd eller egen bostad).
- Låst gemensamt utrymme där rullstolen är säkert fastlåst i byggnaden med låsanordning som är godkänd av patientens försäkringsbolag. (Låsanordning är patients eget ansvar)

Från 2025-01-15 gäller nytt avtal på vagnar

I första hand kommer vi använda de produkter som vi har på lager och det är patientens behov som styr valet.

Sittvagnar enkel/avancerad

Sortimentskatalog: Rullstolar

Kriterier: Sittvagn kan förskrivas till barn med svår sittproblematik eller till större barn som behöver en sittvagn som förflyttningshjälpmedel.

Avancerad sittvagn

ISO-kod 122707

Kimba Neo (sittenhet + underrede)

www.wolturnus.se

S-45791 Kimba Neo stl 1

S-45792 Kimba Neo stl 2



Chilla

www.etac.se

S-45612 Chilla sittenhet stl 1

S-45613 Chilla sittenhet stl 2

S-45615 Chilla underrede stl 1

S-45617 Chilla underrede stl 2



Stingray

Ej på avtal

www.etac.se

S-38968 Stingray sittenhet stl 1 sb 18/22/26, sd 18-30

S-41273 Stingray sittenhet stl 2 sb 23/27/31, sd 25-40

S-38971 Stingray underrede stl 1 och 2



Bingo Evolution (sittenhets + underrede)

Ej på avtal

www.minicrosser.se

S-39989 Bingo Evolution stl 1 sb 18-30, sd 16-34

S-39991 Bingo Evolution stl 2 sb 23-35, sd 22-40



Enkel sittvagn

ISO-kod 122818

Clip

www.eurovema.se

Kan ej förskrivas i Visma webSesam

S-45648 Clip stl 1

S-45649 Clip stl 2

S-45650 Clip stl 3



Chilla

www.etac.se

S-



Swiftly

www.maydayaid.se

Kan ej förskrivas i Visma webSesam

Sufflett, höftbälte, korg och transportfäste ingår.

S-44494 stl 1 sb 24-34, sd 22-28,5

S-44495 stl 2 sb 30-40, sd 34-40



Cricket

Ej på avtal

www.etac.se

Kan ej förskrivas i Visma webSesam

S-42221 Sulky Cricket stl 1 sb34

S-42240 Sulky Cricket stl 2 sb39.5



Produktområde 18- Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler

Pallar och ståstolar

ISO-kod 180906

ADL-bänk

www.komikapp.se

S-02505 ADL-bänk Palle trekantig

(utgått men kan finnas på lager)

S-02608 ADL-bänk Palle rektangulär

S-36569 ADL-bänk Palle sadelformad



Fotpall

www.bokobo.se

S-09673 ADL-fotpallsskiva

Kompletteras med 4 st. ben:

S-09674 ADL-ben 75 mm S-09679 ADL-ben 200 mm

S-09675 ADL-ben 100 mm S-09680 ADL-ben 225 mm

S-09676 ADL-ben 125 mm S-09681 ADL-ben 250 mm

S-09677 ADL-ben 150 mm S-09682 ADL-ben 275 mm

S-09678 ADL-ben 175 mm S-09683 ADL-ben 300 mm



Speciella sittmöbler

ISO-kod 180921

Niga

Ej på avtal

www.minicrosser.se

Har utgått från leverantör, befintliga stolar återanvänds.

Bord och enkelt bälte ingår.

S-33869 Barnstol Niga



Modulära sittsystem

ISO-kod 180939

Från 2025-06-01 gäller nytt avtal på modulära sittsystem

Panda

Ej på avtal. Ej förskrivningsbar i Visma webSesam.

www.etac.se

S-18680 Sits Panda std stl 1 sb 22, sd 22

S-18681 Sits Panda std stl 2 sb 22, sd 24

S-18682 Sits Panda std stl 2,5 sb 25, sd 28

S-32336 Sits Panda std stl 3 sb 29, sd 31



S-18684 Sits Panda std stl 4 sb 32, sd 36

S-18685 Sits Panda aktiv stl 2, sb 22, sd 24

S-18686 Sits Panda aktiv stl 2,5 sb 25, sd 28

S-32336 Sits Panda aktiv stl 3 sb 29, sd 31

S-18688 Sits Panda aktiv stl 4 sb 32, sd 36



S-43734 Inneunderrede High-Low:xo stl 1 gas Panda stl 1-4

S-43750 Inneunderrede High-Low:xo stl 1 el Panda stl 1-4

Utgått leverantör

S-33874 Inneunderrede High-Low gas Panda stl 1-4

S-43734 Inneunderrede High-Low:xo gas Panda stl 1-4

S-34003 Inneunderrede High-Low el Panda stl 1-4

S-43750 Inneunderrede High-Low:xo el Panda stl 1-4



Ej förskrivningsbar i Visma webSesam.

X:Panda

Ej på avtal.

www.etac.se

S-37286 Sits X:Panda stl 1 Small sb 16, sd 16-26

S-34043 Sits X:Panda stl 1 Medium sb 20, sd 16-26

S-37333 Sits X:Panda stl 1 Large sb 24, sd 16-26

S-37334 Sits X:Panda stl 2 Small sb 20, sd 22-33

S-34628 Sits X:Panda stl 2 Medium sb 24, sd 22-33

S-37335 Sits X:Panda stl 2 Large sb 28, sd 22-33

S-33018 Sits X:Panda stl 3 Small sb 26, sd 26-39

S-33820 Sits X:Panda stl 3 Medium sb 31, sd 26-39

S-37336 Sits X:Panda stl 3 Large sb 36, sd 26-39

S-39089 Sits X:Panda stl 4 Small sb 34, sd 39-53

S-41698 Sits X:panda stl 4 Medium sb 40, sd 39-53

S-41699 Sits X:panda stl 4 Large sb 46, sd 39-53



S-43636 Inneunderrede High-Low:xo stl 1 gas X:panda stl 1-2

S-43637 Inneunderrede High-Low:xo stl 2 gas X:panda stl 3

S-43638 Inneunderrede High-Low:xo stl 1 el X:panda stl 1-2

S-43639 Inneunderrede High-Low:xo stl 2 el X:panda stl 3

S-43640 Inneunderrede High-Low:xo stl 3 el X:panda stl 4



Utgått leverantör

S-34645 Inneunderrede High-low X:Panda gas stl A

S-34520 Inneunderrede High-low X:Panda gas stl B

S-33019 Inneunderrede High-low X:Panda hydraulik sits 3 eller mindre

S-33821 Inneunderrede High-low X:Panda el stl B

S-33854 Inneunderrede High-low X:Panda el stl C

Ej på avtal

S-40626 Uteunderrede High-low X:Panda el stl B



Från 2024-12-01 gäller nytt avtal på uteunderrede

S-42520 Uteunderrede Combi Frame:x stl 2 12,5t massiva transporthjul

S-42287 Uteunderrede Combi Frame:x stl 3 12,5t massiva transporthjul



Delfi Pro

www.anatomicsitt.se

S-42600 Sits Zitzi Delfi Pro stl 1 sb 24/27/30, sd 17-26

S-32915 Sits Zitzi Delfi Pro stl 2 sb 28/31/34, sd 24-33

S-33320 Sits Zitzi Delfi Pro stl 3 sb 32/35/38, sd 31-40

S-38115 Sits Zitzi Delfi Pro stl 4 sb 32/35/38, sd 36-45



Sharky Pro

www.anatomicsitt.se

S-35100 Sits Zitzi Sharky Pro stl 1 sb 36/39/42, sd 36-47

S-37449 Sits Zitzi Sharky Pro stl 2 sb 43/46/49, sd 45-55

S-43817 Sits Zitzi Sharky Pro+ stl 1 sb 36/39/42, sd 36-47



Ej på avtal

S-33511 Inneunderrede Zitzi Flipper Pro el stl 3

S-40480 Inneunderrede Zitzi Flipper Pro el stl 4

S-39800 Inneunderrede Zitzi Flipper Pro flex el



S-32009 Rst chassi Seabass stl 2 till Sharky Pro stl 1

Från 2025-06-01 gäller nytt avtal på inneunderreden

S-43105 Inneunderrede Flipper G2 stl 3

S-43106 Inneunderrede Flipper G2 stl 4



Från 2024-12-01 gäller nytt avtal på uteunderrede

S- Rst chassi Seabass G2 stl 1

S- 43584 Rst chassi Seabass G2 stl 2

S- Rst chassi Seabass G2 stl 3



Sängar

ISO-kod 181210

www.invacare.se

Säng NordBed Kid förskrivs via Uppladdningstjänsten.

Standardmadrass ska förskrivas som tillbehör till säng.

Gamla sängarna, Scanbeta/Scanbeta NG, kan finnas kvar på lagret och förskrivas i första hand. Även den ska skickas in via Uppladdningstjänsten.

Säng NordBed Kid finns i tre storlekar och det är barnets längd som avgör vilken storlek som ska förskrivas.



En undermålig säng, eller avsaknad av egen säng, är inte skäl för förskrivning.

Glöm inte att ange brukarens adress som leveransadress!

Var också noga med att ange telefonnummer till anhörig eller annan person som ska finnas på plats för att ta emot sängen!

Nämn gärna också vid förskrivningen, om det är trappor eller hiss upp/in till bostaden.

S-42267 Säng NordBed Kid 140x80 med 80 höga grindar och gavlar, barnets längd 75-125 cm

S-42014 Säng NordBed Kid 160x80 med 40 eller 80 höga grindar och gavlar, barnets längd 125-135

S-42015 Säng NordBed Kid 179x80 med 40 eller 80 höga grindar och gavlar, barnets längd 125-155.