

Produktinformation

Pulsoxymeter



Ansvarig hjälpmedelskonsulent

Helena Lagerbäck, telefon: 021-17 44 63

E-post: helena.lagerback@regionvastmanland.se

John Franzén, telefon: 021-17 46 43

E-post: john.franzen@regionvastmanland.se

Hösten 2019

Innehållsförteckning

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	3
Allmänna forskrivningsregler	3
Pulsoxiometrar	4
Portabel Pulsoxiometer.....	4
Bitmos 801+	4
Radical 5	4
Stationär Pulsoxiometer.....	5
Radical 7	5
Kopplingar Bitmos 801.....	6

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekviritionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Allmänna förskrivningsregler

Artikel	Kriterier/utprovningrutin	Kommentarer
Pulsoxymeter	Läkare. Sjuksköterska och fysioterapeut/sjukgymnast kan ansvara för utprovning.	Förskrivs till patient i hemmiljö för att optimera syresättningen vid respiratorisk insufficiens. Hjälpmedelscentrum hyr ut apparat och baskabel. Behandlande klinik köper passande fingerprober och lämnar ut dessa.

PULSOXIOMETRAR


En Pulsoxymeter används till att kontrollera syrehalten i blodet. Det kallas i dagligt tal för syremättnad, syresättning, saturation, pulsoxymetri eller syresättning. Pulsoxymetern bör visa ett värde mellan 95 och 100 %. Med en kontroll av syresättningen med pulsoxymeter får man reda på om patienten är tillräckligt syresatt.

Portabel Pulsoxymeter


Bitmos 801+

S – 35114

Ingår: Baskabel (artikel.nr 35113)

Leverantör:	Infiniti Medical Ab	
Max batteritid:	22 timmar	
Laddtid:	2-3 timmar (9 timmar vid första laddningen).	
Batterier:	Litium	
Vikt:	280 g	
Avläser:	Perifera kapillär syremättnad (SpO2), Puls (PR), PI (Perfusionsindex) och SQ (signalkvalitet)	


Tillbehör

Väska S – 33130	
Bordsstativ S – 36668	

Radical 5

S-32843

Har utgått men finns ute hos några patienter. Går ej att förskriva.


Leverantör:	Infiniti Medical Ab	
Max batteritid:	30 timmar	
Batterier:	4st AA batterier	
Avläser:	SIQ (signal kvalitet), larm & PI (Perfusions Index)	

Stationär Pulsoxymeter

Radical 7

S-18389

Har utgått men finns ute hos några patienter. Går ej att förskriva.

Leverantör:	Infiniti Medical Ab	
Max batteritid:	4 timmar	
Batterier:	Litium-Ion	
Laddtid:	3 timmar	
Vikt:	0,54 kg	
Avläser:	Perifera kapillär syremättnad (SpO2), puls (PR) och perfusionsindex (PI)	

Kopplingar Bitmos 801

Leverantören har 2 typer av baskablar (kabeln mellan maskinen och proben) med olika kopplingar men samma artikel.nr. Detta har resulterat i att det kan behövas adaptrar mellan baskabeln och proben. Adapter 4091 & 4088 kan man få genom att kontakta Hjälpmiddelscentrum. Adapter 1816 & 4092 läggs i websesam, se nedan för sesam.nr.

