

## Ny metod för urinscreening för droger

Varuförsörjningen upphandlade strax före sommaren en ny leverantör och ny metod för urinscreening för droger. Den nya metoden heter *ABC multitest* och har tolv olika testparametrar. Leverantör är *LUMIRADX* (tidigare ANL). Screeningmetoden kan beställas från Mediq och har artikelnummer ABC2MULTI 12-88C.

Ett positivt resultat indikerar förekomst av drog/metabolit för respektive testfält i urinen. Resultatet säger dock inte något mer om halten av ämnet än att det överskrider gränsen för positivt resultat. Falskt positiva såväl som falskt negativa resultat förekommer varför mätresultaten måste tolkas med försiktighet och utifrån aktuell klinisk situation.

Se även Ledningssystemet: [U-Droganalys, snabbtest, dok: 41069](#)

Per Bjellerup  
Överläkare  
Klinisk kemi  
Laboratoriemedicin

Lena Nittler  
Processledare  
Patientnära verksamhet (PNV)  
Laboratoriemedicin  
021- 17 51 99  
[lena.nittler@regionvastmanland.se](mailto:lena.nittler@regionvastmanland.se)