

Brist på Virocult-rör

För att motverka bristen av Virocultrör har ett flertal provtagningsanvisningar uppdaterats.

[Luftvägsblock virus](#)

[Luftvägsblock bakterier](#)

[Influensa A och B samt RS-virus](#)

Ändringen består i att dessa prover i första hand ska tas med NPH-pinne som stoppas i sterilt rör innehållande 1.5 mL koksalt istället för att använda Virocult-rör.

Syftet med detta är att spara på Virocult-rör för provtagning av Corona-virusprover.

Daniel Heimer
Överläkare
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin