

## Kontrollera utgångsdatum på blododlingsflaskor

**Blododlingsflaskor med mindre än 10 dagar kvar innan utgångsdatum ska kasseras.**

Flaskor som närmar sig utgångsdatum levereras för närvarande till Klinisk mikrobiologi. Alla kunder uppmanas att se över sina lager och kontrollera utgångsdatum på samtliga blododlingsflaskor.

Eva Hålldin  
Överläkare  
Klinisk mikrobiologi  
Laboratoriemedicin

Camilla Svensson  
Processledare Allmän odling

Laboratoriemedicin  
021-17 50 97  
[camilla.svensson@regionvastmanland.se](mailto:camilla.svensson@regionvastmanland.se)