

Innehållsförteckning

Kontakter	1
Nyheter från Klinisk kemi	2
Förändringar för F-Kalprotektin från 21 oktober	2
Justerad referensgräns för B-Schistocyter från 21 oktober	2
Nyheter från Klinisk mikrobiologi	3
Digitalisering av provsvar	3
Nyheter från Transfusionsmedicin	5
Transfusionskontroll och återrapportering	5

Kontakter

Kundservice Laboratoriemedicin

021-17 35 50

laboratoriemedicin@regionvastmanland.se

Nyheter från Klinisk kemi

Förändringar för F-Kalprotektin från 21 oktober

Från och med 21 oktober genomför Laboratoriemedicin två förändringar för F-Kalprotektin.

Den nuvarande gränsen 50 mg/kg med gråzon upp till 200 mg/kg ersätts av en metodspezifisk medicinsk beslutsgräns på 175 mg/kg, i enlighet med nationella rekommendationer. Resultat <175 mg/kg kommer inte längre att markeras som förhöjda, medan resultat ≥ 175 mg/kg markeras som förhöjda och värderas i sitt kliniska sammanhang.

Samtidigt införs Calex Cap som rekommenderat provtagningsrör. Dessa rör kan rekvireras via [Rekvisionsblankett för provtagningsmaterial - Mikrobiologilaboratoriet \(15522\)](#).

Patienten tar då själv provet direkt i extraktionsröret, vilket minskar den manuella hanteringen på laboratoriet och förväntas ge snabbare svarstider. Nuvarande bruna provtagningsrör kommer fortsatt att accepteras, bland annat vid vattentunn avföring och för verksamheter som tar få prover.

För information till patient, se instruktion [Avföringsprov - F-Kalprotektin \(55558\)](#).

Priset för testet påverkas inte av dessa ändringar.

Johan Skogö
Överläkare, Klinisk kemi
Laboratoriemedicin

Linda Marie Humbla
Processledare Specialkemi
Laboratoriemedicin

Justerad referensgräns för B-Schistocyter från 21 oktober

Från och med 21 oktober ändras referensgränsen för B-Schistocyter från 0,3 % till 1,0 %, i linje med internationella rekommendationer.

Schistocyter >1,0 % kan tala för trombotisk mikroangiopati i rätt kliniskt sammanhang. Vid stark klinisk misstanke rekommenderas uppföljande kontroller även vid lägre nivåer.

Johan Skogö
Överläkare, Klinisk kemi
Laboratoriemedicin

Angelica Fronda
Processledare Hematologi
Laboratoriemedicin

Nyheter från Klinisk mikrobiologi

Digitalisering av provsvar

Laboratoriemedicin fortsätter arbetet med digitalisering av provsvar från externa laboratorier. IT-lösningen Lab2Lab möjliggör elektronisk överföring av remisser och provsvar mellan laboratorier i olika regioner och används sedan 2025 för klinisk kemi.

Från och med 2026-10-21 aktiveras Lab2Lab för mikrobiologiska analyser utförda vid Karolinska Universitetssjukhuset. Analyserna beställs som vanligt i Cosmic och svar ankommer elektroniskt till Svar provbunden (flik Klinisk mikrobiologi).

För analyserna märks ingen skillnad för kunden då svarsinmatning skett manuellt från Laboratoriemedicin.

Tidsplan:

2026-10-21

- Betaglukan
- Aspergillus Ag
- Aspergillus DNA
- Aspergillus IgG
- Hepatit C sekvensering/genotyp

2026-12-09

- Pneumocystis DNA
- Parotitvirus RNA
- Ureaplasma DNA
- Hepatit D RNA
- Hepatit D Ak
- Tetanus IgG
- Difteritoxin IgG
- Pseudomonas Ak
- Toxoplasma DNA
- Trichomonas

Därefter kommer ytterligare analyser läggas till successivt under 2027:

- Bakterie DNA 16S
- Svamp DNA ITS
- Herpesvirus 6 DNA
- HIV resistens och subtypning

Se [Provtagningsanvisningar - Region Västmanland](#).

Anna Hill
Sektionschef, MLA Mikrobiologilaboratoriet
Laboriemedicin


Lena Hedlund
BMA/Objektspecialist IT
Laboriemedicin

Nyheter från Transfusionsmedicin

Transfusionskontroll och återrapportering

Det finns nu en flik i Transfusionsmedicins uthopp från Cosmic till InterInfo som heter **Transfusionskontroll**. I denna flik kan en digital transfusionskontroll utföras innan transfusionen påbörjas. I samband med kontrollen kan även transfusionen rapporteras via fliken **Rapportera**.

Transfusionskontroll och Transfusionsrapportering:



Transfusionskontrollen är en kontroll som säkerställer att den blodkomponent som hämtats ut från Blodcentralen är korrekt reserverad till rätt patient inför transfusion. Kontrollmomentet ska göras vid patientens sida, det vill säga bed-side. I samband med denna kontroll kommer även återrapportering av transfunderade enheter att kunna göras direkt i systemet. Mer information om hur kontrollen fungerar och hur den ska användas finns i instruktionen på Transfusionsmedicins anvisningar på intranätet: [Transfusionskontroll samt transfusionsrapportering i Interinfo \(50953\)](#).

För att komma i gång med transfusionskontrollen behövs en handskanner för blodkomponenter som beställs från e-katalog: Handscanner Blodkomponenter, 1226 kr

Vid frågor kontakta Transfusionsmedicinsamordnare Karin Delborn Höök,
karin.delborn.hook@regionvastmanland.se.

Karin Delborn Höök
Transfusionsmedicinsamordnare
Laboratoriemedicin

Malin Markgren
BMA/Objektspecialist Prosang
Laboratoriemedicin