

Västmanlands sjukhus
Laboratoriemedicin Västmanland
Lena Nittler

JUNI 2020/KONTROLLFACIT

Analys: P-Glukos

Instrument: Freestyle Precision Pro

Beställning:

Reagensstickor Lot: 4FA45H, 4HO45H

Kontroller (Medel + Hög)

Kontroll	Yttre gränsvärde	Gränsvärde	Börvärde	Gränsvärde	Yttre gränsvärde	Lotnr. reagens
MID	3,5	3,9	4,8	5,7	6,2	4FA45H, 4HO45H
HI	12,8	13,9	16,1	18,3	19,4	

Lena Nittler

Processledare Patientnära verksamhet (PNV)

Tel: 021 - 17 51 99

Epost: lena.nittler@regionvastmanland.se