

Västmanlands sjukhus
Laboratoriemedicin Västmanland
Lena Nittler

JULI 2020/KONTROLLFACIT

Analys: P-Glukos

Instrument: Accu-Chek inform II

Beställning: Blodsticka glukos: 59761 och Kontroll glukos: 59762
Kontroller (Låg 1 + Hög 2)

Kontroll	Yttre gränsvärde	Gränsvärde	Börvärde	Gränsvärde	Yttre gränsvärde	Lotnr.
Låg 1	1,9	2,1	2,5	2,9	3,1	90100301, 00100307
Hög 2	15,4	15,9	17,0	18,1	18,6	

Lena Nittler

Processledare Patientnära verksamhet (PNV)

Tel: 021 - 17 51 99

Epost: lena.nittler@regionvastmanland.se