

Västmanlands sjukhus  
Laboratoriemedicin Västmanland  
Lena Nittler

Datum

2018-04-26  
JUSTERAT 180621

**MODIFIERAT FACIT APRIL 2018 JUSTERAT JUNI 2018**

**Juni 2018/** Modifierat facit till de kvalitetssäkrade verksamheterna.

**Analys:** P-Glukos

**Instrument:** Freestyle Precision Pro

**Beställning:**

Reagensstickor, artikelnummer 49686

Kontroller (Medel+Hög), artikelnummer 40292

Kontroll	Yttre gränsvärde	Gränsvärde	Börvärde	Gränsvärde	Yttre gränsvärde	Lotnr. Reagens
MI	3,8	4,3	5,2	6,1	6,5	4E2F5H
HI	13,2	14,3	16,5	18,7	19,8	

**Lena Nittler**

Processledare Patientnära verksamhet (PNV)

Tel: 021 - 17 51 99

Epost: [lena.nittler@regionvastmanland.se](mailto:lena.nittler@regionvastmanland.se)