

Västmanlands sjukhus
Laboratoriemedicin Västmanland
Lena Nittler

Datum

2017-04-21

MODIFIERAT FACIT MARS 2017 II

Mars 2017/ Modifierat facit till de kvalitetssäkrade verksamheterna.
Analys: P-Glukos
Instrument: Freestyle Precision Pro
Reagenslot/Sticka: **4CJ15H**

Kontroll	Yttre gränsvärde	Gränsvärde	Börvärde	Gränsvärde	Yttre gränsvärde	Kontroll Lot
MI	3,7	4,2	5,2	6,2	6,7	17485A
HI	12,3	13,5	15,9	18,3	19,5	17165A 18286G

Lena Nittler

Processledare Patientnära verksamhet (PNV)

Tel: 021 - 17 51 99

Epost: lena.nittler@regionvastmanland.se