

Västmanlands sjukhus  
Laboratoriemedicin Västmanland  
Lena Nittler

Datum

2018-10-29

**OKTOBER 2018/MODIFIERAT FACIT TILL DE KVALITETSSÄKRADE VERKSAMHETERNA**

---

**Analys:** P-Glukos**Instrument:** Freestyle Precision Pro**Beställning:**

Reagensstickor Lot: 4E935H

Kontroller (Medel + Hög) Lot: 19045G, 194445G

Kontroll	Yttre gränsvärde	Gränsvärde	Börvärde	Gränsvärde	Yttre gränsvärde	Lotnr. Reagens
MID	3,6	4,0	4,9	5,8	6,3	4E935H
HI	11,7	12,8	15,0	17,2	18,3	

**Lena Nittler**

Processledare Patientnära verksamhet (PNV)

Tel: 021 - 17 51 99

Epost: [lena.nittler@regionvastmanland.se](mailto:lena.nittler@regionvastmanland.se)